

Parametry měření	Rozsah a hodnoty	Testovací materiál
Hodnota pH	6.50 - 8.40	Phenol Red Photometer
Chlór volný/kombinovaný/celkový)	0.00 - 6.00 mg/l (ppm)	DPD 1 Photometer DPD 3 Photometer
Alkalita	0 - 200 mg/l (ppm) CaCO ₃	Alkalinity-M Photometer
Kyselina kyanurová (UV stabilizátor chlóru)	0 - 160 mg/l (ppm)	CYA-Test Photometer
Aktivní kyslík (MPS)	0.0 - 30.0 mg/l (ppm)*	DPD 4 Photometer*
Bróm	0.0 - 13.5 mg/l (ppm)**	DPD 1 Photometer Glycine*
Oxid chloričitý	0.00 - 11.40 mg/l (ppm)**	DPD 1 Photometer Glycine*
Ozón	0.00 - 4.00 mg/l (ppm)**	DPD 1 Photometer DPD 3 Photometer Glycine*
Peroxid vodíku LR	0.00 - 2.90 mg/l (ppm)*	Hyd. Peroxide LR Photometer*
Peroxid vodíku HR	0 - 200 mg/l (ppm)*	Acidifying PT Photometer* Hyd. Peroxide HR Photometer*
Celková Tvrdost	0 - 500 mg/l (ppm)*	POL20TH1* POL10TH2*
Vápníková tvrdost	0 - 500 mg/l (ppm)*	POL20CaH1* POL20CaH2*
Močovina	0.1 - 2.5 mg/l (ppm)*	PL Urea 1* PL Urea 2*
PHMB	5 - 60 mg/l (ppm)*	PHMB Photometer*