

Rozsah měření:

#	Parametr	Měřicí rozsah	Tabletové reagentie	Tekuté reagentie
1	Aktivní kyslík (MPS)	0,00 – 30,0 mg/l (ppm)*	DPD 4*	--
2	Alkalita	0 – 200 mg/l (ppm)	Alkalinity-M	--
3	Hliník	0,00 – 0,30 mg/l (ppm)*	Aluminium 1 Aluminium 2	--
4	Amoniak	0,00 – 1,20 mg/l (ppm)*	Ammonia 1 Ammonia 2	--
5	Bróm	0,00 – 18,0 mg/l (ppm)**0,00 – 9,00 mg/l (ppm)* **	DPD 1	
6	Vápníková tvrdost	0 – 500 mg/l (ppm) *	--	POL20CaH1* POL20CaH2*
7	Chloraminy	0,00 – 6,00 mg/l (ppm)	DPD 1 DPD 2 DPD 3	--
8	Chlor (fCl cCl tCl)	0,00 – 8,00 mg/l (ppm), 0,00 – 4,00 mg/l (ppm)*	DPD 1 DPD 3	
9	chlór (HR)	5 – 200 mg/l (ppm)*		--
10	Oxid chloričitý	0,00 – 15,0 mg/l (ppm)**; 0,00 – 7,50 mg/l (ppm)* **	DPD 1 Glycine*	
11	Měď	0,00 – 5,00 mg/l (ppm)*	Copper 1 Copper 2	--
12	Kyselina kyanurová	0 – 160 mg/l (ppm)	CYA-Test	--
13	Hyd. peroxid (LR)	0,00 – 2,90 mg/l (ppm)*	Hyd. Peroxide LR*	--
14	Hyd. peroxid (HR)	0 – 200 mg/l (ppm)*	Hyd. Peroxide HR* Acidifying PT*	--

#	Parametr	Měřicí rozsah	Tabletové reagentie	Tekuté reagentie
15	Železo LR	0,00 – 1,00 mg/l (ppm)*	Iron LR	--
16	Dusičnany	1 – 50 mg/l (ppm)*	Nitrate 1* Nitrate 2*	--
17	Dusitany	0,00 - 1,5 mg/l (ppm)	Nitrite LR*	
18	Ozón	0,00 – 5,40 mg/l (ppm)**; 0,00 – 2,70 mg/l (ppm)* **	DPD 1 DPD 3 Glycine*	
19	pH	6,50 – 8,40 pH, 6,50 – 8,40 pH*	Phenol Red	
20	PHMB	5 – 60 mg/l (ppm)*	PHMB*	--
21	Fosfát (LR)	0,00 – 4,00 mg/l (ppm)*	Phosphate LR1* Phosphate LR 2*	--
22	Fosfát (HR)	0 – 80 mg/l (ppm)*	Phosphate HR 1* Phosphate HR 2* Filter 25mm (GF/C)*	--
23	Draslík	0,70 – 12,0 mg/l (ppm)**	Potassium*	--
24	Síran	5 – 100 mg/l (ppm)*	Sulphate*	--
25	Celková tvrdost	0 – 500 mg/l (ppm) *	--	POL2010TH1* POL2010TH2*
26	Močovina	0,10 – 2,50 mg/l (ppm)*	Ammonia 1* Ammonia 2* Dechlor*	Urea 1* Urea 2*
27	Zinek	0,00 – 1,00 mg/l (ppm)*	Copper/Zinc LR*Dechlor* EDTA*	--